



SZPITAL ZAKONU
BONIFRATRÓW
św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

11.12.2018r

ODDZIAŁ MEDYCyny PALIATYWNEJ

OPINIA O MATERACACH
MEDICAL AIRFLOW

Podczas kilkumiesięcznego użytkowania materacy możemy wystawić pozytywną ocenę tego sprzętu.

Pacjenci leżący na materacu czują się komfortowo, nie zgłaszają uwag dotyczących niewygody, zsuwania się czy zwijania.

Ponadto materace nie uległy odkształceniu, uszkodzeniu podczas użytkowania oraz prania.

Jedyną niedogodność stanowi brak pokrowca (np. z ekolastiku), który zabezpieczałby przed kontaktem z materiałem biologicznym pacjenta oraz ułatwiałby jego dezynfekcję w oddziale.

Z poważaniem:

Mirosława Pionkowska

Pielęgniarka Oddziałowa

Mirosława Pionkowska

ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź, NIP: 729-26-69-818, REGON: 100771970 | www.bonifratrzy.pl/szpital-lodz
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, numer KRS 0000340291, Kapitał zakładowy: 10.773.850 zł opłacony w całości

CENTRALA SZPITALA
tel. 42 685 51 30

IZBA PRZYJĘĆ
tel. 42 685 51 32

SEKRETARIAT
tel. 42 685 51 63
fax: 42 685 51 69
e-mail: szpital@bonifratrzy.lodz.pl



Uwaga: BOWI, MEDIMAT oraz Medical Airflow są znakami towarowymi firmy Bowi-Styl PW

BOWI-STYL, ul. Rembelińskiego 14, 93-575 Łódź, tel. +48 42 293 07 37